

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>韩 焱</u>
	职称: <u>中级</u>
	工作单位: <u>南阳医专三附院</u>
项目信息	项目名称: 内乡县人民医院 X 射线计算机体层摄影设备 (256 排 CT) 整机维保及功能拓展升级服务项目
	供应商名称: 河南爱生医学科技有限公司
专业人员论证意见	<p>经查阅相关资料,内乡县人民医院 GE Revolution CT(256排),维保及功能拓展具有唯一性和不可替代性。理由如下:一是该设备的大多数配件采用不可替代的专利技术,规格参数具有唯一性,市场上无其它品牌或第三方生产的兼容配件。二是维保中更换非原厂配件或非原厂软件升级,将导致设备结构与组成与注册证内容不符违反《医疗器械注册与备案管理办法》相关规定,存在使用无注册医疗器械的法律风险。三是第三方维修公司无法获取原厂底层源代码,技术图纸及专用校准程序,无法提供原厂同等的技术支持。因此只能购买由原厂提供的维保升级服务。河南爱生医学科技有限公司是本地区唯一由GE公司原厂授权的供应商,故采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <u>韩 焱</u> </div> <div style="width: 35%;"> 日期: 2026 年 5 月 8 日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。