

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李富芝</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>南阳市宛城区疾控中心</u>	
项目信息	项目名称: 内乡县人民医院 X 射线计算机体层摄影设备 (256 排 CT) 整机维保及功能拓展升级服务项目	
	供应商名称: 河南爱生医学科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>GE 256 排 CT 的核心配件均有特 殊的技术专利, 特殊专利技术和独 特结构等, 并且该设备的所有核心 配件均由 GE 原厂独家生产, 其他产 品无法替代。该设备集成厂商独 有的核心算法与底层控制技术, 设 备的日常维护、软件升级及故障排 查, 必须依靠原厂专业技术人员, 而 其他厂家无法获取, 为确保影像质 量与诊断的准确性, 保障设备运营 安全, 为患者提供优质服务, 建议 该设备的维保、招限升级, 备件 更换, 配套服务等均由 GE 公司 负责维护及更换零部件。河南爱生 医学科技有限公司作为区域指定授 权经销商, 为该设备唯一供货维 修经销商。</p>	
专业人员签字	<u>李富芝</u>	日期: 2026 年 5 月 8 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。